Dräger MicroTubes Aceton 25 - 5000 ppm 8610470

Further information on the use of Dräger MicroTubes can be found at: www.draeger.com/tubeshandbook.

de Dräger MicroTubes Aceton 25 - 5000 ppm (8610470)

VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt den Anwendungsbereich der Dräger MicroTubes. Jede Handhabung zusammen mit der Dräger X-act 7000 setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung der Dräger X-act 7000 voraus.
Die Dräger MicroTubes nur in Verbindung mit der Dräger X-act 7000 verwenden. Dräger MicroTubes in der Verpackung vor Licht und Verschmutzung (z. B. Staub, Wasser) geschützt aufbewahren.

Anwendungsbereich
Bestimmung von Aceton in Luft.

Messbereich:	25 bis 5000 ppm
Typische Messdauer:	20 bis 500 s
Temperatur:	0 bis 30 °C
Korrektur:	<20 °C: +5 % vom Messwert je °C >20 °C: -3,5 % vom Messwert je °C
Feuchte:	0 bis 30 mg/L
Genauigkeit:	±25 % (gilt unter Kalibrierbedingungen)

en Dräger MicroTubes Acetone 25 - 5000 ppm (8610470)

CAUTION

These instructions for use describe the application scope for Dräger MicroTubes. Any use in combination with the Dräger X-act 7000 requires precise knowledge and observance of the instructions for use of the Dräger X-act 7000.
Use Dräger MicroTubes only in connection with the Dräger X-act 7000. Store Dräger MicroTubes in their packaging protected from light and dirt (e.g. dust, water).

Scope
To determine the presence of acetone in air.

Measuring range:	25 to 5000 ppm
Typical measuring time:	20 to 500 s
Temperature:	0 to 30 °C
Correction:	<20 °C: +5 % from the measured value per °C >20 °C: -3,5 % from the measured value per °C
Humidity:	0 to 30 mg/L
Accuracy:	±25 % (under calibration conditions)

fr Dräger MicroTubes Acétone 25 - 5 000 ppm (8610470)

ATTENTION

Cette notice d'utilisation décrit le domaine d'application des Dräger MicroTubes. Toute manipulation avec le Dräger X-act 7000 nécessite une connaissance précise et le respect de la notice d'utilisation du Dräger X-act 7000.
N'utiliser les Dräger MicroTubes qu'en combinaison avec le Dräger X-act 7000. Conserver les Dräger MicroTubes dans leur emballage à l'abri de la lumière et de la saleté (par exemple poussière, eau).

Applications
Détermination du acétone dans l'air.

Domaine de mesure :	25 à 5000 ppm
Durée de mesure typique :	20 à 500 s
Température :	0 à 30 °C
Correction :	<20 °C : +5 % de la valeur mesurée par °C >20 °C : -3,5 % de la valeur mesurée par °C
Humidité :	0 à 30 mg/L
Précision :	± 25 % (dans les conditions d'étalonnage)

es Dräger MicroTubes Acetona 25 - 5000 ppm (8610470)

PRECAUCIÓN

Este manual de instrucciones describe el campo de aplicación de los Dräger MicroTubes. Cualquier manipulación que se haga junto con el Dräger X-act 7000 requiere un conocimiento preciso y la observancia de las instrucciones de uso del Dräger X-act 7000.
Utilice los Dräger MicroTubes solo en combinación con el Dräger X-act 7000. Guarde los Dräger MicroTubes en su embalaje, protegidos contra la luz y la suciedad (p. ej., polvo, agua).

Campo de aplicación
Determinación de acetona en el aire.

Rango de medición:	25 a 5000 ppm
Tiempo de medición típico:	20 a 500 s
Temperatura:	0 a 30 °C
Corrección:	<20 °C: +5 % del valor de medición según los °C >20 °C: -3,5 % del valor de medición según los °C
Humedad:	0 a 30 mg/L
Exactitud:	±25 % (aplicable en condiciones de calibración)

pt Dräger MicroTubes Acetona 25 - 5000 ppm (8610470)

CUIDADO

Estas instruções de uso descrevem a área de aplicação dos Dräger MicroTubes. Todo manuseio em combinação com a Dräger X-act 7000 pressupõe o total entendimento e a estrita observância das instruções de uso da Dräger X-act 7000.
Utilizar os Dräger MicroTubes somente em combinação com a Dräger X-act 7000. Manter os Dräger MicroTubes na embalagem e protegê-los contra luz e sujeira (por exemplo, poeira, água).

Área de aplicação
Determinação de acetona no ar.

Intervalo de medição:	25 a 5000 ppm
Duração de medição típica:	20 a 500 s
Temperatura:	0 a 30 °C
Correção:	<20 °C: +5 % do valor medido por °C >20°C: -3,5 % do valor medido por °C
Umidade:	0 a 30 mg/L
Precisão:	±25 % (válida sob as condições de calibração)

it Dräger MicroTubes Acetone 25 - 5000 ppm (8610470)

ATTENZIONE

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono il campo di applicazione delle fiale Dräger MicroTubes. Ogni utilizzo insieme a Dräger X-act 7000 presuppone la piena conoscenza e l'osservanza delle istruzioni per l'uso di Dräger X-act 7000.
Utilizzare le fiale Dräger MicroTubes solo abbinate a Dräger X-act 7000. Conservare le fiale Dräger MicroTubes nella confezione, ben protette dalla luce e dallo sporco (per es. polvere, acqua).

Campo di applicazione
Determinazione di acetone nell'aria.

Campo di misura:	da 25 a 5000 ppm
Durata tipica della misurazione:	da 20 a 500 s
Temperatura:	da 0 a 30 °C
Correzione:	<20 °C: +5 % dal valore di misura ogni °C >20 °C: -3,5 % dal valore di misura ogni °C
Umidità:	da 0 a 30 mg/L
Accuratezza:	±25 % (si applica alle condizioni di calibrazione)

nl Dräger MicroTubes Aceton 25 - 5000 ppm (8610470)

VOORZICHTIG

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het toepassingsgebied van de Dräger MicroTubes. Elk gebruik in combinatie met de Dräger X-act 7000 vereist de exacte kennis en strikte opvolging van de gebruiksaanwijzing van de Dräger X-act 7000.
De Dräger MicroTubes uitsluitend in combinatie met de Dräger X-act 7000 gebruiken. De Dräger MicroTubes in de verpakking, beschermd tegen licht en vervuiling (bijv. stof, water) bewaren.

Toepassingsgebied
Bepaling van aceton in lucht.

Meetbereik:	25 tot 5000 ppm
Normale meetduur:	20 tot 500 s
Temperatuur:	0 tot 30 °C
Correctie:	<20 °C: +5 % van meetwaarde per °C >20 °C: -3,5 % van meetwaarde per °C
Vochtigheid:	0 tot 30 mg/L
Nauwkeurigheid:	±25 % (geldt onder kalibratieomstandigheden)

da Dräger MicroTubes Acetone 25 - 5000 ppm (8610470)

FORSIGTIG

I denne brugsanvisning beskrives anvendelsesområdet for Dräger MicroTubes. For enhver håndtering af Dräger X-act 7000 forudsættes et grundigt kendskab til og overholdelse af brugsanvisningen til Dräger X-act 7000.
Dräger MicroTubes må kun bruges i forbindelse med Dräger X-act 7000. Dräger MicroTubes skal opbevares i emballagen og være beskyttet mod lys og tilsmudsning (f.eks. støv, vand).

Anvendelsesområde
Bestemmelse af acetone i luft.

Måleområde:	250 til 5000 ppm
Typisk varighed af måling:	20 til 500 s
Temperatur:	0 til 30 °C
Korrektion:	<20 °C: +5 % af måleværdi pr. °C >20 °C: -3,5 % af måleværdi pr. °C
Fugtighed:	0 til 30 mg/L
Nøjagtighed:	± 25 % (gælder under kalibreringsbetingelser)

fi Dräger MicroTubes Asetoni 25 - 5000 ppm (8610470)

HUOMIO

Tässä käyttöohjeessa kuvataan Dräger MicroTubes -putkien käyttöalue. Kaikenlainen yhteiskäyttö Dräger X-act 7000 -pumpun kanssa edellyttää Dräger X-act 7000:n käyttöohjeen tarkkaa tuntemista ja noudattamista.
Dräger MicroTubes -putkia saa käyttää ainoastaan yhdessä Dräger X-act 7000 -pumpun kanssa. Säilytä Dräger MicroTubes -putket pakkauksessaan suojattuina valolta ja likaantumiselta (esim. pöly, vesi).

Käyttöalue
Asetonin määritys ilmasta.

Mittausalue:	25...5000 ppm
Tavallinen mittausaika:	20...500 s
Lämpötila:	0...30 °C
Korjaus:	<20 °C: mittausarvo +5 % jokaista °C:ta kohti >20 °C: mittausarvo -3,5 % jokaista °C:ta kohti
Kosteus:	0...30 mg/L
Tarkkuus:	±25 % (pätee kalibrointiolosuhteissa)

no Dräger MicroTubes Aceton 25 - 5000 ppm (8610470)

FORSIKTIG

Denne bruksanvisningen beskriver bruksområdet for Dräger MicroTubes. Enhver bruk sammen med Dräger X-act 7000 forutsetter at bruksanvisningen for Dräger X-act 7000 er nøye kjent og følges.
Dräger MicroTubes skal kun anvendes sammen med Dräger X-act 7000. Dräger MicroTubes skal oppbevares i emballasjen beskyttet mot lys og forurensning (for eksempel støv eller vann).

Bruksområde
Fastsettelse av aceton i luft.

Måleområde:	25 til 5000 ppm
Typisk måletid:	20 til 500 s
Temperatur:	0 til 30 °C
Korrektur:	< 20 °C: +5 % fra måleverdi per °C > 20 °C: -3,5 % fra måleverdi per °C
Fuktighet:	0 til 30 mg/L
Nøyaktighet:	±25 % (gjelder ved kalibreringsbetingelsene)

sv Dräger MicroTubes Aceton 25 - 5000 ppm (8610470)

OBSERVERA

Den här bruksanvisningen beskriver användningsområdet för Dräger MicroTubes. Varje hantering tillsammans med Dräger X-act 7000 förutsätter att man exakt känner till och följer bruksanvisningen för Dräger X-act 7000.
Dräger MicroTubes får endast användas tillsammans med Dräger X-act 7000. Förvara Dräger MicroTubes i förpackningen skyddat mot ljus och smuts (t.ex. damm, vatten).

Användningsområde
Mätning av aceton i luft.

Mätområde:	25 till 5 000 ppm
Typisk mättid:	20 till 500 s
Temperatur:	0 till 30 °C
Korrigering:	<20 °C: +5 % från mätvärdet per °C >20 °C: -3,5 % från mätvärdet per °C
Fuktighet:	0 till 30 mg/L
Noggrannhet:	± 25 % (gäller vid kalibreringsförhållanden)

pl Dräger MicroTubes Aceton 25 - 5000 ppm (8610470)

UWAGA

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje zakres zastosowania rurek Dräger MicroTubes. Każde wykorzystywanie razem z urządzeniem Dräger X-act 7000 wymaga dokładnej znajomości urządzenia Dräger X-act 7000 i przestrzegania jego instrukcji obsługi.
Stosować rurki Dräger MicroTubes tylko w połączeniu z urządzeniem Dräger X-act 7000. Przechowywać rurki Dräger MicroTubes w opakowaniu, aby chronić je przed światłem i zanieczyszczeniem (np. kurzem, wodą).

Zakres zastosowania
Pomiary aceton w powietrzu.

Zakres pomiaru:	od 25 do 5000 ppm
Typowy czas trwania pomiaru:	od 20 do 500s
Temperatura:	od 0 do 30 °C
Korekta:	<20°C: +5 % wartości pomiaru na każdy °C >20°C: -3,5 % wartości pomiaru na każdy °C
Wilgotność:	od 0 do 30 mg/L
Dokładność:	±25 % (w warunkach kalibracji)

Dräger Safety AG & Co. KGaA · Revalstraße 1 · D-23560 Lübeck · Germany
Tel. +49 451 882 - 0 · Fax. +49 451 882 - 20 80 · www.draeger.com

9300181 - GA 4245.200_MUL528 · Edition 01 - March 2021
© Dräger Safety AG & Co. KGaA · Subject to alteration

ru Dräger MicroTubes Ацетон 25 - 5000 ppm (8610470)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В данном руководстве описывается область применения микротрубок Dräger MicroTubes. При любом использовании совместно с Dräger X-act 7000 необходимо полностью понимать и строго соблюдать инструкции, приведенные в руководстве по эксплуатации Dräger X-act 7000. Используйте микротрубок Dräger MicroTubes только совместно с Dräger X-act 7000. Храните микротрубок Dräger MicroTubes в упаковке защищенными от света и загрязнителей (например, пыли и воды).

Область использования
Определение содержания ацетона в воздухе.
Диапазон измерения: 25 – 5000 ppm
Стандартное время измерения: 20 – 500 s
Температура: 0 – 30 °C
Коррекция: <20 °C: +5 % измеренного значения на °C
>20 °C: -3,5 % измеренного значения на °C
Влажность: 0 – 30 мг/л
Точность: ±25 % (применимо в условиях калибровки)

hr Dräger MicroTubes Aceton 25 - 5000 ppm (8610470)

OPREZ

Ove upute za uporabu opisuju područje primjene cjevčica Dräger MicroTubes. Svaka primjena zajedno s uređajem Dräger X-act 7000 podrazumijeva točno poznavanje i poštivanje uputa za uporabu uređaja Dräger X-act 7000. Upotrebljavajte cjevčice Dräger MicroTubes samo u kombinaciji s uređajem Dräger X-act 7000. Čuvajte cjevčice Dräger MicroTubes u pakiranju zaštićene od svjetla i nečistoće (npr. prašine, vode).

Područje primjene
Određivanje prisutnosti aceton u zraku.
Mjerno područje: 25 do 5000 ppm
Tipično trajanje mjerenja: 20 do 500 s
Temperatura: 0 do 30 °C
Ispravak: <20 °C: +5 % mjerne vrijednosti po °C
>20 °C: -3,5 % mjerne vrijednosti po °C
Relativna vlažnost: 0 do 30 mg/L
Točnost: ±25 % (vrijedi u kalibracijskim uvjetima)

sl Dräger MicroTubes Aceton 25 - 5000 ppm (8610470)

PREVIDNOST

To navodilo za uporabo opisuje področje uporabe cevk Dräger MicroTubes. Za vsakršno uporabo skupaj z enoto Dräger X-act 7000 morate natančno poznati in upoštevati navodilo za uporabo enote Dräger X-act 7000. Cevke Dräger MicroTubes uporabljajte samo skupaj z enoto Dräger X-act 7000. Cevke Dräger MicroTubes hranite v embalaži, zaščitene pred svetlobo in umazanijo (npr. prahom, vodo).

Področje uporabe
Določanje acetona v zraku.
Merilno območje: 25–5000 ppm
Tipično trajanje meritve: 20–500 s
Temperatura: 0–30 °C
Popravek: <20 °C: +5 % od izmerjene vrednosti glede na °C
>20 °C: -3,5 % od izmerjene vrednosti glede na °C
Vlažnost: 0–30 mg/L
Točnost: ±25 % (velja v pogojih umerjanja)

sk Dräger MicroTubes Acetón 25 - 5000 ppm (8610470)

UPOZORNENIE

Tento návod na použitie opisuje oblasť použitia Dräger MicroTubes. Predpokladom pre akékoľvek zaobchádzanie so zariadením Dräger X-act 7000 je presná znalosť a dodržiavanie návodu na použitie zariadenia Dräger X-act 7000.
Dräger MicroTubes používajte len v spojení so zariadením Dräger X-act 7000. Dräger MicroTubes uchovávajte v obale chránené pred svetlom a znečistením (napr. prachom, vodou).

Oblasť použitia
Zisťovanie acetónu vo vzduchu.
Merací rozsah: 25 až 5000 ppm
Štandardná doba merania: 20 až 500 s
Teplota: 0 až 30 °C
Korekcia: < 20 °C: +5 % nameranej hodnoty na °C
> 20 °C: -3,5 % nameranej hodnoty na °C
Vlhkosť: 0 až 30 mg/L
Presnosť: ±25 % (platí za podmienok kalibrácie)

cs Dräger MicroTubes Aceton 25 - 5000 ppm (8610470)

UPOZORNĚNÍ

Tento návod k použití popisuje oblast použití trubiček Dräger MicroTubes. Každá manipulace spolu s přístrojem Dräger X-act 7000 předpokládá podrobnou znalost a dodržování návodu k použití přístroje Dräger X-act 7000.
Trubičky Dräger MicroTubes používejte jedině ve spojení s přístrojem Dräger X-act 7000. Trubičky Dräger MicroTubes uchovávejte tak, aby byly v balení chráněny před světlem a znečištěním (např. prach, voda).

Účel použití
Detekce acetonu ve vzduchu.
Rozsah měření: 25 až 5000 ppm
Typická doba trvání měření: 20 až 500 s
Teplota: 0 až 30 °C
Korekce: <20 °C: +5 % z naměřené hodnoty na každý °C
>20 °C: -3,5 % z naměřené hodnoty na každý °C
Vlhkost vzduchu: 0 až 30 mg/L
Přesnost: ±25 % (platí za podmínek kalibrace)

bg Dräger MicroTubes Ацетон 25 - 5000 ppm (8610470)

ВНИМАНИЕ

Това ръководство за работа описва сферата на приложение на Dräger MicroTubes. Употребата им заедно с Dräger X-act 7000 предполага точно познаване и спазване на ръководството за работа на Dräger X-act 7000.
Използвайте Dräger MicroTubes само във връзка с Dräger X-act 7000. Съхранявайте Dräger MicroTubes в опаковката им, защитени от светлина и замърсяване (напр. прах, вода).

Сфера на приложение
Определяне на ацетон във въздуха.
Обхват на измерване: 25 до 5000 ppm
Типична продължителност на измерването: 20 до 500 s
Температура: 0 до 30 °C
Корекция: < 20 °C: +5 % от стойността на измерване на °C
> 20 °C: -3,5 % от стойността на измерване на °C
Влажност: 0 до 30 mg/L
Точност: ±25 % (валидна е при условията за калибриране)

ro Dräger MicroTubes Acetonă 25 - 5000 ppm (8610470)

ATENŢIE

Aceste instrucţiuni de utilizare descriu domeniul de utilizare a Dräger MicroTubes. Orice utilizare împreună cu Dräger X-act 7000 presupune cunoaşterea exactă şi respectarea instrucţiunilor de utilizare a Dräger X-act 7000. Dräger MicroTubes se va folosi numai împreună cu Dräger X-act 7000. Dräger MicroTubes se va păstra în ambalaj, ferit de lumină şi impurităţi (de ex. praf, apă).

Domeniul de aplicare
Determinarea acetonei din aer.
Domeniu de măsurare: de la 25 până la 5000 ppm
Durata tipică de măsurare: de la 20 până la 500 s
Temperatură: de la 0 până la 30 °C
Corecţie: <20 °C: +5 % din valoarea de măsurare pe fiecare °C
>20 °C: -3,5 % din valoarea de măsurare pe fiecare °C
Umiditate: de la 0 până la 30 mg/L
Precizie: ±25 % (este valabil în condiţii de calibrare)

hu Dräger MicroTubes Aceton 25 - 5000 ppm (8610470)

VIGYÁZAT

A jelen használati útmutató a Dräger MicroTubes alkalmazási területét ismerteti. Az eszköz és a Dräger X-act 7000 együttes használatának feltétele a Dräger X-act 7000 használati útmutatójának alapos ismerete és pontos követése.
A Dräger MicroTubes eszközök kizárólag a Dräger X-act 7000 készülékkel együtt használhatók. A Dräger MicroTubes eszközöket a csomagolásukban, fénytől és szennyeződéstől (pl. portól és víztől) védve tárolja.

Alkalmazási terület
Aceton meghatározása levegőben.
Mérési tartomány: 25 - 5000 ppm
Tipikus mérési idő: 20 - 500 s
Hőmérséklet: 0 - 30 °C
Korrekció: <20 °C: a mért érték +5 %-a °C-onként
>20 °C: a mért érték -3,5 %-a °C-onként
Páratartalom: 0 - 30 mg/L
Pontosság: ±25 % (a kalibrálási körülmények mellett)

el Dräger MicroTubes Ακετόνη 25 - 5000 ppm (8610470)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής των Dräger MicroTubes. Η χρήση σε συνδυασμό με την Dräger X-act 7000 προϋποθέτει την ακριβή γνώση και τήρηση των οδηγιών χρήσης της Dräger X-act 7000. Χρησιμοποιείτε τα Dräger MicroTubes μόνο σε συνδυασμό με την Dräger X-act 7000. Διατηρείτε τα Dräger MicroTubes μέσα στη συσκευασία τους προστατευμένα από το φως και από ρύπους (π.χ. σκόνη, νερό).

Πεδίο εφαρμογής
Προσδιορισμός ακετόνης στον αέρα.
Περιοχή μέτρησης: 25 έως 5000 ppm
Τυπική χρονική διάρκεια μέτρησης: 20 έως 500 s
Θερμοκρασία: 0 έως 30 °C
Διόρθωση: <20 °C: +5 % της τιμής μέτρησης ανά °C
>20 °C: -3,5 % της τιμής μέτρησης ανά °C
Υγρασία: 0 έως 30 mg/L
Ακρίβεια: ±25 % (ισχύει σε συνθήκες βαθμονόμησης)

tr Dräger MicroTubes Aseton 25 - 5000 ppm (8610470)

DİKKAT

Bu kullanım kılavuzu, Dräger MicroTubes kullanımını açıklamaktadır. Dräger X-act 7000'in kullanımı öncesinde, Dräger X-act 7000'in kullanım kılavuzunun dikkatle okunması ve dikkate alınması gereklidir.
Dräger MicroTubes yalnızca Dräger X-act 7000 ile birlikte kullanılmalıdır. Dräger MicroTubes'ü kendi ambalajında saklayın, ışıktan ve kirden (örn. toz, su) uzak tutun.

Uygulama alanı
Havadaki asetonun belirlenmesi.
Ölçüm aralığı: 25 ila 5000 ppm
Tipik ölçüm süresi: 20 ila 500 s
Sıcaklık: 0 ila 30 °C
Düzeltme: <20 °C: °C başına ölçüm değerinin +%5'u
>20 °C: °C başına ölçüm değerinin -%3,5'u
Nem: 0 ila 30 mg/L
Doğruluk: ±% 25 (kalibrasyon koşullarında geçerlidir)

zh Dräger MicroTubes 丙酮 25 - 5000 ppm (8610470)

注意

本使用说明书介绍了 Dräger MicroTubes （微型管）的用途。每次与 Dräger X-act 7000 一同使用时，都务必仔细阅读并遵守 Dräger X-act 7000 的使用说明书。
Dräger MicroTubes （微型管）只能与 Dräger X-act 7000 组合使用。Dräger MicroTubes （微型管）的外包装可抵挡光线和污物 （如灰尘和水）的影响。

用途
测定空气中的丙酮。
测量范围： 25 至 5000 ppm
典型测量时长： 20 至 500 s
温度： 0 至 30 °C
补偿： <20 °C：每 °C 补偿测量值的 +5 %
>20 °C：每 °C 补偿测量值的 -3,5 %
湿度： 0 至 30 mg/L
精度： ±25 %（在校准条件下适用）

ja Dräger MicroTubes アセトン 25 - 5000 ppm (8610470)

注意

本取扱説明書は、Dräger MicroTubes の使用目的・適用範囲について説明しています。Dräger X-act 7000 の使用・取扱いについては、Dräger X-act 7000 の取扱説明書をよく読み、その内容を十分に理解した上で行ってください。
Dräger MicroTubes は、必ず Dräger X-act 7000 にセットして使用してください。Dräger MicroTubes は、パッケージに入れて、光や汚れ（埃・水など）にさらされないように保管してください。

使用目的
空気中に含まれるアセトンの検知・測定。
測定範囲： 25 ~ 5000 ppm
標準測定時間： 20 ~ 500 s
温度： 0 ~ 30 °C
修正： <20 °C: 各測定値 °C の +5 %
>20 °C: 各測定値 °C の -3,5 %
湿度： 0 ~ 30 mg/L
精度： ±25 %（適切に校正された状態において）

ko Dräger MicroTubes 아세톤 25 - 5.000ppm(8610470)

주의

이 사용지침서는 Dräger MicroTubes의 사용 범위에 대해 설명합니다. Dräger X-act 7000과 함께 취급할 때마다 Dräger X-act 7000 사용 설명서를 정확하게 숙지하고 이에 유의해야 합니다 .
Dräger MicroTubes는 Dräger X-act 7000과 함께 사용해야만 합니다. Dräger MicroTubes를 포장 상태로 보관하여 빛, 오염(예: 먼지, 물)으로부터 보호하십시오.

사용 범위
공기 중 아세톤 측정.
측정 범위: 25 - 5000 ppm
일반적인 측정 시간: 20 - 500 s
온도: 0 - 30 °C
조정: <20 °C: °C마다 측정값 +5 %
>20 °C: °C마다 측정값 -3,5 %
습도: 0 - 30 mg/L
정확도: ±25 %(보정 조건일 경우 해당)

9300181 - GA 4245.200_MUL528 · Edition 01 - March 2021
© Dräger Safety AG & Co. KGaA · Subject to alteration